Zentrallabor
Gräfenhäuser Straße 118
64293 Darmstadt
Tel.: 069/25490-5231, Fax: -5009

hessenwasser zentrallabor
Versorgt sein. Sicher sein.

Hessenwasser GmbH & Co. KG · Taunusstraße 100 · 64521 Groß-Gerau

Wasser-Geräte GmbH
Max-Planck-Str. 20
78549 Spaichingen

Analysenbericht **Analysen-Nr.: 202121157**

Probe: **WasserGeräte, Wasserzähler, UP Koax Kaltwasser**
Zähler Nr.: 2021 21206051

Kennung: **KD: NWG20100H**

Medium:	Wasserzähler	Auftrag-Nummer:	A-20140864
Entnahmeanlass:	Hyg. Kontrolle	Kunden-Nr.:	166046
Probenart:	Stichprobe	Probeneingang:	12.03.2021
Probenahme:	10.03.2021	Untersuchungsende:	14.03.2021
durch:	überbracht	Befundausgabe:	15.03.2021
Prüfzeitraum:	12.03.2021 bis 14.03.2021		

Parameter	Methode/Norm	Einheit	Ergebnis
Untersuchungsvolumen		ml	53
Pseudomonas aeruginosa	DIN EN ISO 16266:2008	KBE/Zähler	0
Pseudomonas aeruginosa	DIN EN ISO 16266:2008		n.n.

n.n. = nicht nachgewiesen

Beurteilung: Der bakteriologische Befund des untersuchten Wassers ist hinsichtlich des Parameters Pseudomonas aeruginosa nicht zu beanstanden.

gez. Gabriele Jetter (TSB)

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14035-01-00
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025
Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die untersuchte Probe.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung der Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Probenahme erfolgte außerhalb unseres akkreditierten Geltungsbereiches.